



**SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA**  
**CADASTRAMENTO DE USUÁRIO DE DOSÍMETRO PESSOAL**

<b>PREENCHER CORRETAMENTE TODOS OS CAMPOS - INSTRUÇÕES ABAIXO</b>		<b>CÓDIGO:</b>
<b>1 - CADASTRO</b>		<b>2 - SIGLA DA INSTITUIÇÃO</b>
INCLUSÃO <input type="checkbox"/>	I PREENCHER TODOS OS QUADROS	FORNECEDORA DO DOSÍMETRO
EXCLUSÃO <input type="checkbox"/>	E PREENCHER QUADROS 2, 3, 6, 7 E 10	
ALTERAÇÃO <input type="checkbox"/>	A PREENCHER QUADROS 2, 3, 6, 7, 10 E QUADROS REFERENTES AOS DADOS ALTERADOS	
		S A P R

**3 - NOME DO USUÁRIO**

<b>4 - DATA DE NASCIMENTO</b>	<b>5 - SEXO</b>	<b>6 - TEM CPF PRÓPRIO</b>	<b>7 - MATRÍCULA (CPF SE FOR PRÓPRIO)</b>	<b>8 - INÍCIO DE TRAB. C/ RAD.</b>	<b>9 - TIPO DE MONITOR</b>
DIA MÊS ANO	MASC <input type="checkbox"/> M FEM <input type="checkbox"/> F	SIM <input type="checkbox"/> S NÃO <input type="checkbox"/> N		MÊS ANO	Preencher anexo abaixo

<b>10 - NÚMERO DE REGISTRO DA ENTIDADE DA CNEN</b>	<b>11 - NOME DA INSTITUIÇÃO / SETOR</b>	<b>12 - ÁREA DE APLICAÇÃO</b>
		SAÚDE <input type="checkbox"/> S ENSINO E PESQUISA <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> P
		INDUSTRIA E COMÉRCIO <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> C OUTROS <input type="checkbox"/> O

<b>13 - TIPO DE RADIAÇÃO</b>	<b>14 - FUNÇÃO - CÓDIGO</b>
ALFA <input type="checkbox"/> A BETA <input type="checkbox"/> B GAMA <input type="checkbox"/> G RAIOS-X <input type="checkbox"/> X NEUTRON <input type="checkbox"/> N	-- Em Branco --

**15 - APLICAÇÃO DA RADIAÇÃO**

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K

**16 - DESCRIÇÃO DA OCUPAÇÃO**

LOCAL	DATA	NOME DE QUEM PREENCHEU	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

**Anexo I - item 9 - INDICAÇÃO DO TIPO DE MONITOR INDIVIDUAL E SUA UTILIZAÇÃO**

A portaria 453 de 01 de junho de 1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária – Ministério da Saúde, que estabelece as Diretrizes de Proteção Radiológica em Radiodiagnóstico Médico Odontológico, recomenda o uso do monitor individual por cima do avental de Pb (chumbo).

De acordo com a classificação da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), solicitamos indicar o tipo e a forma de uso do monitor individual, conforme as opções que a Sapra Landauer oferece:

- |                             |   |  |
|-----------------------------|---|--|
| Monitores TLD – Tórax       | <input type="checkbox"/> Tipo 2 – NÃO UTILIZA avental de Pb e o monitor individual é usado DIRETAMENTE no tronco do usuário | <input type="checkbox"/> Tipo 5 – Pulseira Esquerda                                  |
| Monitores TLD – Extremidade | <input type="checkbox"/> Tipo 9 – SEMPRE UTILIZA avental de Pb e o monitor individual é usado POR CIMA do avental de Pb     | <input type="checkbox"/> Tipo 6 – Pulseira Direita                                   |
| Monitores TLD – Especiais   | <input type="checkbox"/> Tipo 3 – Anel Esquerdo   | <input type="checkbox"/> Tipo 10 – CONTROLE/AMBIENTAL/LRA                            |
|                             | <input type="checkbox"/> Tipo 4 – Anel Direito  | <input type="checkbox"/> Tipo 11 – Utiliza por baixo do avental do Avental de Chumbo |
|                             |   | <input type="checkbox"/> Tipo 12 – DOSIMETRIA DE AREA                                |